


医療安全委員会フォーラム

回答データダウンロード（参加者情報別）

参加者情報登録件数 58 件


※参加者情報取得していない場合は参加者毎に付番した形式でダウンロードできます。

施設について




個人・一般診療所	8
企業立病院	0
法人病院（一般・公社・社会福祉・学校法人除く）	16
社会保険（共済組合・保険組合）	0
公的医療機関（都道府県・地方独法人・日赤・済生会等）	19
国立（高度医療C・大学病院・NHO・JCHO）	15

病床数について



~20床以下	3
20床以上~200床未満	10
200床以上~400床未満	10
400床以上	19
特定機能病院	16


職務について




診療放射線技師 (職員)	22
主任診療放射線技師 (主任・主査・係長等)	16
副診療放射線技師長 (副技師長・技師長補佐・主幹補佐)	4
診療放射線技師長 (技師長・室長・主幹・副部長)	14
放射線技術部長 (部長以上)	2

投票人数 58 件


1. 安全の質管理マニュアルと医療安全チェックシートを知っていますか




2. 「放射線診療安全の質管理マニュアル Ver.2.1」を「知っている」方で、使用したことがありますか？




3. ルーブリック使用後の「基礎チェック項目①、②」の合計は何点でしたか？




4. ルーブリック使用前の「基礎チェック項目①、②」の合計とルーブリック使用後の合計は何点の違いがありましたか？（得点差＝使用前－使用後）




5. 委員会で策定したRisk Mapについて知っていますか



6. インシデントのリスク分類基準を知っていますか




7. ちなみに、、、レベル3aの障害の内容は？




- 1.簡単な処置や 27
治療を要した（消毒、湿布、皮膚の縫合、鎮痛剤の投与など）
- 2.永続的な障害や 7
後遺症が残ったが、
有意な機能障害や美容上の問題は 伴わない
- 3.濃厚な処置や治 5
療を要した（バイタルの高度変化、人工呼吸器の装着、手術、入院日数延長、患者の入院、骨折など）

8. <例題1>車椅子の患者さんが、胸部X線撮影を行う際に車椅子の足台にCVルートが引掛かり抜けてしまった。その後、病棟にて再挿入となった。




- | | |
|----------|----|
| 1.レベル0 | 0 |
| 2.レベル1 | 3 |
| 3.レベル2 | 13 |
| 4.レベル3a | 19 |
| 5.レベル3b～ | 12 |


9. <例題2>CT造影検査で患者さんがヨードアレルギーで全身発疹と痒みが発生した。
 ※前回同検査で嘔吐があった患者さんで、RISに既往コメントの入力があった。




10. 放射線部門におけるインシデント分類の標準化は必要ですか？




11. 一般撮影の再撮影はインシデントですか？




12. ＜例題3＞レーゼ法を実施したが、ポジショニングが悪く7回撮影した。




13. 放射線部門におけるインシデント分類の標準化は必要ですか？




14. 一般撮影の再撮影の基準はありますか？




15. 基準が“ない”と回答された方の理由はどれですか？ ※その他、自由記載も可能です。



16. 放射線検査における再撮影の基準は必要ですか？



17. 医療法一部改正を踏まえて一般撮影や透視検査等も適正管理をすべきか？




アンケート

アンケート回答人数 0 件

1. フォーラムの感想を入力してください。

2. 医療安全についての認識が上がりましたか



3. 今後、取上げてほしいテーマがあれば記載ください